



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ**  
**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА**  
**ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**  
**ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР**

(ВЦ ДУ «РІВНЕНСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»)

вул. Котляревського, 3, м. Рівне, 33028, тел. 067-54-81-620,

E-mail: rivneolc@ukr.net; rivneocdc@gmail.com, Web: http://sesrivne.gov.ua. код ЄДРПОУ 38503358

Випробувальний центр ДУ «РІВНЕНСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ» акредитований Національним агентством з акредитації України на випробування відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17025, атестат про акредитацію № 20808 чинний до 23 05 2027

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Керівник випробувального центру

Олександр Бялковський

«26» вересня 2024 року

**СЕРТИФІКАТ № 541-Б від «26» вересня 2024 року.**

**на вміст радіоактивних речовин в продукції**

**ТОВ «Цеоліт Біо»**

Закарпатська обл., м.Хуст, вул.Заводська, 1А

Виданий за результатами радіологічних випробувань продукції від "26" вересня 2024 року,

Для реалізації в межах України та за кордон.

Реєстр номер	Назва продукції	Партія	Виробник	Питома активність радіонуклідів (Бк/кг)			
				Ra <sup>226</sup>	Th <sup>232</sup>	K <sup>40</sup>	Aeф.
1406	Цеоліт природний фракція 0-0,1 мм	Загал. партія	ТОВ «Цеоліт Біо»	38	41	746	178
1407	Цеоліт природний фракція 0-0,5 мм	10000тн	Походження сировини:	60	37	643	186
1408	Цеоліт природний фракція 0-1 мм		Закарпатська обл., Хустський р-н, с.Сокирниця.	39	45	663	176
1409	Цеоліт природний фракція 1-3 мм		Вироблений у відповідності з ТУ	42	45	652	178
1410	Цеоліт природний фракція 3-5 мм		У 08.1-00292540-001:2019.Дата виготовлення 2023-2024 р.	35	49	682	179

Використані засоби вимірювань: Гамма-спектрометр СЕГ-05 розширена невизначеність 11%, калібрований 04.2023р

Умови проведення випробування: t - 19С<sup>0</sup>, φ - 70%, атмосферний тиск 746мм рт.ст.

Методика вимірювань: „Методика измерения активности гамма-излучающих радионуклидов (МВИ 4/86).

Доставлені замовником проби відповідають вимогам НРБУ-97 ( I клас Aeф.≤ 370 Бк/кг).

Термін дії сертифікату до «26» вересня 2025 року.

Лікар з радіаційної гігієни

Володимир КУЗНЕЦОВ